Trockenschrank max. 95 °C

NUR FÜR GLASGERÄTE
auf 120 ^{0}C und mehr heizbar

In diesen Schrank dürfen **keine** **Chemikalien** eingestellt werden! Dazu gehört auch **Blaugel** oder sonstige **Trockenmittel**.

Geräte, die mit **organischen Lösungsmitteln** gespült wurden, dürfen nicht feucht in den Trockenschrank gestellt werden. Bei leicht entzündlichen Lösungsmitteln besteht **Explosionsgefahr**!

Kunststoffteile wie Flaschendeckel oder Sicherungen von Hahnküken schmelzen zu kaum lösbaren Klumpen zusammen, wenn sie im Trockenschrank bei zu hoher Temperatur ausgeheizt werden! Auch die **Saugflaschen** vertragen keine hohen Temperaturen wegen der PE-Ummantelung.

NMR-Röhrchen oder **Saugkolbenpipetten** oder sonstige **Präzisionsgefäße** dürfen **nicht über 80 ^{o}C** geheizt werden.